



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: Skiagrafický RTG přístroj - OBNOVA

Území (město/kraj): Karlovy Vary / Karlovarský kraj

Žadatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího přístroje pro nemocnici v Karlových Varech.

Hlavním důvodem požadavku je technické i morálnímu opotřebení stávajícího přístroje Digital Diagnostic Philips, jehož doba používání 8 let překročila doporučenou mez Českou radiologickou společností. Dochází ke zvýšené četnosti poruch přístroje a ke zhoršujícím parametrům při vyšetřování, vzniklé opotřebením přístroje.

