



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **Skiagrafický RTG přístroj - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Blansko / Jihomoravský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Blansko**

*Adresa:* Sadová 1596/33, 678 31 Blansko

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Stávající skiagrafický přístroj byl pořízen v roce 2008. Vzhledem ke svému stáří je již morálně a technicky zastaralý (předpokládaná životnost těchto přístrojů je cca 8-10 let).*

*Je tedy třeba provést jeho obnovu za přístroj nový, který podstatně zvýší kvalitu vyšetření pacientů a sníží radiační zátěž.*

