

V Praze dne 9. února 2021
Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **Digitální skiografie - OBNOVA**

Území (město/kraj): Jablonec nad Nisou / Liberecký kraj


Žadatel: **Nemocnice Jablonec nad Nisou**

Adresa: **Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise



.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Důvodem obnovy je fyzická zastaralost stávajícího přístroje Philips DigitalDiagnost DD instalovaného roku 2012.

Přístroj je využíván jako primární skiagrafická snímkovna v nepřetržitém provozu při počtu pacientů přesahujícím 34 tisíc a 120 tisíc expozic ročně. Na přístroji již došlo k výraznému opotřebení mechanických součástí a k zastarání detekčních komponentů. To se projevuje zvýšenou poruchovostí přístroje, což při jeho využití jako jediné plnohodnotné skiagrafické snímkovny představuje velké riziko pro budoucí diagnostiku.

Cílem modernizace přístroje není primárně nárůst výkonů, ale zabezpečení trvalého moderního provozu s inovacemi, které v tomto odvětví nastaly. Konfigurace přístroje zůstává nezměněna, tedy třidetektorové řešení s nejširším portfoliem možných vyšetření. Pracoviště skiografie představuje bazální zobrazovací diagnostiku pro celou nemocnici se svým širokým spádovým územím.

