



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: PET / CT - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: Nemocnice Na Homolce

Adresa: Roentgenova 37, 150 00 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Nový přístroj nahradí stávající přístroj Siemens Biograph 40, který je v provozu od roku 2008 a již nesplňuje technické parametry pro bezporuchové používání a dle sdělení výrobce se blíží konec servisní podpory pro tento přístroj.

