



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj: Skiagraficko-skiaskopický komplet - OBNOVA*

*Území (město/kraj): Nové Město na Moravě / Kraj Vysočina*

*Žadatel: Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.*

*Adresa: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Stávající skiagrafický přístroj Superix byl pořízen v roce 2005. Jde o jediný přístroj tohoto typu v nemocnici a je využíván pro potřeby nemocnice a spádového území.*

*Důvodem pro pořízení nového přístroje je morální a technické opotřebení stávajícího přístroje. Přístroj nemá BTK z důvodu nefunkční IRIS clony, oprava je odhadována na částku nejméně 500.000 Kč. Oddělení má akreditaci pro výuku v základním radiologickém kmeni a pro další specializační vzdělávání v oboru RZM. Pořízením nového přístroje očekává nemocnice bezporuchový provoz, zvýšení diagnostické kvality a snížení dávky záření. Přístroj bude sloužit i jako záložní pracoviště pro skiagrafické výkony v případě, že hlavní pracoviště nebude kapacitně schopné výkony provádět a také v případě jeho poruchy, či z jiných technických důvodů.*

