



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SPECT (CT) - OBNOVA

Území (město/kraj): Strakonice / Jihočeský kraj

Žadatel: Nemocnice Strakonice, a.s.

Adresa: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího, morálně i technicky zastaralého přístroje firmy Philips z roku 2005.

Cílem je udržet nynější vyšetřovací kapacitu oddělení nukleární medicíny a zvýšit kvalitu prováděných vyšetření. Zlepší se tak přesnost výsledků scintigrafických vyšetření pro klinické účely, sníží se počet falešně pozitivních výsledků. Zpřesnění lokalizace funkčních změn přinese i možnost eventuální následné přesně cílené biopsie, chirurgického výkonu nebo radioterapie.

