



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: Hmotnostní spektrometr - OBNOVA

Území (město/kraj): Trutnov / Královéhradecký kraj

Žadatel: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Adresa: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov Kryblice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího spektrometru s MALDI-TOF detekcí za nový. Přístroj je technicky a morálně zastaralý, neboť byl pořízený před deseti lety.

Hmotnostní spektrometr je klíčovým zařízením pro identifikaci mikroorganismů oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie ON Trutnov a provádí se nejenom vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, laboratoř doporučuje také antibiotickou terapii, zpracovává materiál z lůžkových i ambulantních zařízení ve spádové oblasti, vyšetřuje veterinární vzorky a materiál dodaný samoplátcí. Rychlá a přesná identifikace mikroorganismů je velmi výhodná zejména z hlediska včasného nasazení cílené léčby dle přirozené rezistence. Léčba je přesně zacílena proti vykultivovanému a správně pojmenovanému mikroorganismu a je tak mnohem účinnější.

