



V Praze dne 24. února 2021

Č.j.: MZDR 6708/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ÚNORA 2021  
(VIDEOKONFERENCE)

*Přístroj:* **CYTOMETRICKÝ ANALYZÁTOR (Cell sorter)**

*Území (město/kraj):* Brno / Jihomoravský kraj

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Brno**

*Adresa:* Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise





Odůvodnění:

*Laboratoř průtokové cytometrie při CMBG, IHOK jako součást Národního onkologického centra provádí vysoce specializovaná vyšetření hematoonkologických pacientů. V současné době disponuje pracoviště přístrojem z roku 2010 v základní konfiguraci, který neumožňuje sofistikovanější přístupy. Poloautomatický cell sorter uzavřeného typu klade menší nároky na obsluhu a čas nutný pro nastavování stroje. Nabízí 2x vyšší počet měřených parametrů než současný přístroj instalovaný na pracovišti.*

*Laboratoř průtokové cytometrie při CMG, IHOK poskytuje vysoce specializovaná vyšetření pro pacienty FN Brno i další poskytovatele zdravotní péče v JMK. Je tedy důležité, aby si laboratoř udržela vysoký technický standard. Poloautomatický cell sorter zajistí připravenost pracoviště na nové standardy ve specializované diagnostice a výzkumu v oblasti hematoonkologie.*

