



V Praze dne 24. února 2021

Č.j.: MZDR 6708/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ÚNORA 2021
(VIDEOKONFERENCE)

Přístroj: **KLINICKÝ CYTOMETR SPEKTRÁLNÍ**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Laboratoř průtokové cytometrie při CMBG, IHOK provádí ročně kolem 6000 imunofenotypizačních vyšetření převážně hematoonkologických pacientů. V současné době disponuje pracoviště přístroji z roku 2010, které jsou již koncepčně zastaralé. Spektrální IVD cytometr nabízí 3x vyšší počet měřených parametrů než současné přístroje a vyšší citlivost.

Laboratoř průtokové cytometrie při CMG, IHOK jakožto součást Národního onkologického centra poskytuje vysoce specializovaná vyšetření pro pacienty FN Brno i další poskytovatele zdravotní péče v JMK. Je tedy důležité, aby si laboratoř udržela vysoký technický standard. Spektrální IVD cytometr zajistí připravenost pracoviště na nové standardy ve specializované diagnostice a výzkumu v oblasti hematoonkologie.

