



V Praze dne 24. února 2021

Č.j.: MZDR 6708/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ÚNORA 2021
(VIDEOKONFERENCE)

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ (pavilon A1)**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**

Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem je pořízení RTG skiagrafického přístroje na infekční Covid RTG pracoviště na pavilonu v pavilonu A1. Jedná se o nové umístění RTG, původně na pavilonu B4 – pořízeného v roce 2000.

Přístroj je pořizován jako nový na infekční Covid pracoviště, tak aby nedocházelo ke zdržením při dezinfekci vyšetřoven mezi vyšetřeními infekčních pacientů a ostatních.

