



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 9348/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

Přístroj: **ROBOTICKÝ TRENAŽÉR CHŮZE** - NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Křetín/ Jihomoravský kraj

Žadatel: **Jihomoravské dětské léčebny, p.o.**

Adresa: Křetín 12, PSČ 679 62

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 10 hlasů pro, 2 hlasy proti, 6 se zdrželo, 1 pro odložení)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Robotický trenažér chůze se silovými senzory je určený k rehabilitaci dolních končetin s možností zahájení procedury ze sedu, nebo ze stoje, bez běhacího pásu. V oblasti neurologie a ortopedie zlepšuje vnímání postury a nácvik rovnovážných a vzpřimovacích reakcí, které pak usnadní pohyb v reálném životě. Nový přístroj umožní rozšíření terapeutického spektra přístrojů v léčebně, přičemž u tohoto přístroje je možné i vyhodnocování změn stavu za léčby, takový přístroj v léčebně dosud není a je málo zdravotnických zařízení v ČR, kteří by jej měli. Působí v oblasti Jihomoravského kraje (v rámci ambulantní péče), ale pacienty (následné péče) má žadatel z celé České republiky.

Jedná se o unikátní přístrojovou techniku, kterou není v širším okolí dostupná. Poskytovatel se specializuje i na léčbu dětských pacientů po úrazech a po mozkové obrně.

