



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 9348/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

Přístroj: **DIGITÁLNÍ SKIAGRAFICKÝ RTG KOMPLET - NOVÁ KAPACITA**

Území (město/kraj): Jihlava / Kraj Vysočina

Žadatel: **Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace**

Adresa: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

V současné době má poskytovatel dva skiagrafické komplety uvedené do provozu v letech 2012, a 2014. Starší skiagrafický RTG se blíží konci své životnosti a jeho obměna je nutností. S ohledem na zvyšující se počty pacientů, kteří potřebují tato vyšetření by bylo optimální disponovat minimálně 3 nezávislými skiagrafy tak, aby byla zachována dostupnost péče, neprodlužovaly se čekací doby a byla možná pohodlná záměna při výpadku jednoho z nich. Navýšením počtu dostupných skiagrafických přístrojů dojde k výraznému zlepšení průchodnosti RDG oddělení, zvýší se komfort pro vyšetřované pacienty a umožní využít pro vyšetření nejmodernějších metod a postupů. Dojde k posílení provozu na urgentním příjmu, kde je přístroj často využíván, taktéž se zvýší flexibilita a možnosti vyšetření – nový přístroj bude disponovat přenosnými detektory, které umožní vyšetření pacienta přímo na lůžku. Nový přístroj se vyznačuje menší poruchovostí a s tím související bezproblémové vyšetření všech indikovaných pacientů. Realizace obnovy přístrojového vybavení oddělení zobrazovacích metod je nutným předpokladem pro zajištění kontinuity a dostupnosti poskytovaných služeb v návaznosti na všechny klinické obory Nemocnice Jihlava (Kraj Vysočina a okrajové oblasti sousedících krajů).

