



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 9348/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

Přístroj: **ROBOTICKÝ SYSTÉM G-EO SYSTÉM NEX STEP - NOVÁ
KAPACITA**

Území (město/kraj): Metylovice / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské
sanatorium, příspěvková organizace**

Adresa: Metylovice 1, PSČ 739 49

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 2 hlasy proti, 3 se zdrželi, 1 hlas pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Organizace disponuje 62 nasmlouvanými lůžky. Z důvodů navýšení počtu neurologických diagnóz z celé Moravy, Zlínského a Olomouckého kraje, je nutností rozšířit poskytovanou péči zejména v následné rehabilitaci.

Robotizovaný systém G- EO umožní léčbu nemocí dle indikačního seznamu Vyhlášky č. 350/2008 Sb.- VI Nemoci nervové soustavy-Dg. G 70,71 -svalové dystrofie, po úrazech a operacích CNS, DMO, hypotonie, ochablé svaly a bolesti v oblastech zad a ramen, pocovidový stav, Dg. M 40,41- Skoliózy, kyfózy, vadné držení těla, u dětí.

Cílem je pomoci dospělým a dětským pacientům po mozkových příhodách DMO a jiných závažných problémech a onemocněním, s cílem získat opětovnou schopnost chůze, a tím být schopni nabytí nezávislosti každodenního života. Bude zařazen jak pro cvičení a léčbu indikovaných dětských pacientů do 18 let věku v zařízení, tak pro využití a léčbu dětských a dospělých pacientů v ambulantní rehabilitaci.

