



V Praze dne 30. srpna 2021

Č.j.: MZDR 27248/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 20. ČERVENCE 2021

(VIDEOKONFERENCE)

*Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – OBNOVA*

*Území (město/kraj): Rychnov nad Kněžnou / Královéhradecký kraj*

*Žadatel: RDG centrum s.r.o.*

*Adresa: Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.  
předsedkyně komise



Odůvodnění:

*Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístroje CT BrightSpeed Elite, který je v provozu již 12 let. Přístroj je poruchový, výrazněji se zahřívá, takže je nutné provádět mezi jednotlivými vyšetřeními delší pauzy. V případě pacientů z oddělení ARO musí čekat na zprovoznění přístroje cca 20 až 30 minut.*

*Pořízením nového CT Somatom Definition Edge dojde k podstatnému zrychlení a zkvalitnění diagnostiky při vyšetření pacientů (CT mozku, páteře, skeletu, plic, low density, břicha, malé pánve, cévních, kardiologických, koronagrafie, ....).*

