



V Praze dne 16. března 2021

Č.j.: MZDR 9349/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ÚNORA 2021  
(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

*Přístroj:* **HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR - NOVÁ KAPACITA**

*Území (město/kraj):* Nové Město na Moravě / Kraj Vysočina

*Žadatel:* **Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.**

*Adresa:* Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o pořízení přístroje pro identifikaci mikroorganismů založený na bázi MALDI-TOF spektrometru. Rychlý způsob rutinní identifikace mikroorganismů a nebezpečných biologických agens.*

*Pracoviště mikrobiologie, identifikace mikroorganismů, možnost přímé detekce mikrobů ze vzorku za časové období kratší než 20 minut, urychlení diagnostiky o cca 1 až 3 dny.*

*Další využití - interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie.*

