



V Praze dne 29. listopadu 2021

Č.j.: MZDR 39507/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021

(VIDEOKONFERENCE)

Přístroj: SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ
S C-RAMENEM – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: *Institut klinické a experimentální medicíny*

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
předsedkyně komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje Axiom Artis Zee MP, Siemens z roku 2009. Obnovu přístroje Komise projednala a doporučila již dne 11.4.2018.

Nový přístroj nebyl při reálném použití při déletrvajících skiaskopicky řízených výkonech pro tato vyšetření způsobilý z důvodu nedostatečné kvality skiaskopického obrazu vedoucím k možnému ohrožení pacientů a vyšší radiační zátěži při skiaskopii. I přes opakované úpravy přístroje technickými pracovníky dodavatele nedošlo ke zlepšení a výrobce uznal, že je kvalita skiaskopie nedostatečná a v dubnu 2021 byl přístroj demontován.

Nový přístroj bude sloužit pro vyšetření a intervenční výkony pro pacienty IKEM i z dalších zdravotnických zařízení v ČR. Nový komplet nahradí stávající, nová technologie zkvalitní práci radiologů a umožní snížení radiační zátěže pro pacienty i personál.

