



V Praze dne 14. února 2021

Č.j.: MZDR 2979/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 5. ÚNORA 2021

(VIDEOKONFERENCE)

*Přístroj:* **HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR** - NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Bulovka**

*Adresa:* Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.  
předseda komise



Odůvodnění:

*Předmětem žádosti je nákup hmotnostního spektrometru pro identifikaci mikroorganismů (MALDI-TOF). Přístroj bude využíván v Centru vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.*

*Pořízením přístroje dojde k zkvalitnění a urychlení mikrobiální diagnostiky, cílenému podávání antibiotik vzhledem, k rychlé identifikaci mikrobiálního agens a následně umožní zkrácení doby hospitalizace.*

*Přístroj bude umístěn v laboratořích Oddělení klinické mikrobiologie. Provoz bude plně zajištěn stávajícím personálem.*

