



V Praze dne 14. února 2021

Č.j.: MZDR 2979/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 5. ÚNORA 2021

(VIDEOKONFERENCE)

Přístroj: **INTRAOPERAČNÍ 3D RTG PŘÍSTROJ (O-ARM)**
- NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je nákup intraoperačního 3D RTG přístroje (O-arm) pro operační sály ortopedické kliniky. Přístroj částečně nahradí již morálně a technicky zastaralé C-rameno, které bylo v provozu od roku 2010. Přístroj byl v roce 2020 vyřazen z provozu.

Nový přístroj bude navíc vybaven 3D technologií vhodnou zejména pro traumatologické snímkování. Díky vylepšené technologii dojde k výraznému zlepšení zobrazovacích možností na operačních sálech ortopedické kliniky, zejména pak u operací páteře.

