



V Praze dne 14. února 2021

Č.j.: MZDR 2979/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 5. ÚNORA 2021

(VIDEOKONFERENCE)

*Přístroj:* **ROBOTICKÝ OPERAČNÍ SYSTÉM** - NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Brno / Jihomoravský kraj


*Žadatel:* **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

*Adresa:* Pekařská 53, 656 91 Brno

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

*(hlasování: 18 hlasů pro odložení, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.  
předseda komise



Odůvodnění:

*Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně plánuje pořídit nový operační robotický systém. Příklad bude využíván pro minimálně invazivní roboticky asistované operační výkony v rámci multioborového operačního centra.*

*Příklad bude sloužit k obnově kapacit nemocnice, umožní modernizaci operační péče v jednotlivých segmentech jako je urologie, ORL, břišní a cévní chirurgie. Je předpoklad, že s novými kapacitami nemocnice dojde ke zvýšení kvality poskytované péče se zcela zásadním vlivem na kvalitu života pacientů.*

*Vzhledem k dostupnosti přístrojů v regionu sice není nutné zřizovat další pracoviště tohoto typu v Brně, ale členové Komise doporučili odložit konečné projednání žádosti do doby vypracování aktualizace koncepce oboru robotická chirurgie.*

