



V Praze dne 4. března 2021

Č.j.: MZDR 9352/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 5. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

*Přístroj:* POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ - NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Ostrava / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

*Adresa:* Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice disponuje pouze standardními pojízdnými RTG přístroji a C rameny. Mobilní RTG přístroj s gantry ve tvaru O bude jediný v nemocnici. Bude využíván v případech, kdy jsou pro lékaře přínosem 2D a 3D informace o anatomických strukturách a objektech s velkým kontrastem pro rentgenové záření, jako jsou kostní struktury a kovové předměty. Velkou výhodou je teleskopická gantry ve tvaru O, vnější část je opatřena dvířky pro otevření gantry při laterálním přístupu k operačnímu stolu.*

