



V Praze dne 22. března 2021

Č.j.: MZDR 9352/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 5. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

Přístroj: PŘÍSTROJ PRO ROBOTICKOU TERAPII HORNÍ
KONČETINY - NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Hrabyně / Moravskoslezský kraj

Žadatel: Rehabilitační ústav Hrabyně

Adresa: Hrabyně 204, 747 67 Hrabyně

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 se zdrželi, 1 pro odložení)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o přístroj pro funkční robotickou terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou, který je určen pacientům s těžkou poruchou motorických funkcí horních končetin.

Uvedená technologie umožňuje terapii u speciálně u pacientů s těžkým poškozením hybnosti horních končetin, kteří samostatně nemohou aktivovat svalstvo paže. Tito pacienti jsou významně ohroženi následnou ztrátou soběstačnosti v rámci ADL. Přístroj umožňuje poskytovat intenzivního neurorehabilitační program zejména u pacientů s poruchou CNS. Jeho intenzivní využití předpokládáme zejména u pacientů se získaným poškozením mozku zařazených do Kranioprogramu, u spinálních pacientů, u pacientů s těžkými polyneuropatiemi atd.

