



V Praze dne 12. dubna 2021

Č.j.: MZDR 14833/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. DUBNA 2021
(HLASOVÁNÍ „VIDEOKONFERENCE“)

Přístroj: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR - OBNOVA

Území (město/kraj): Karlovy Vary / Karlovarský kraj

Žadatel: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu technicky i morálně zastaralého stávajícího hmotnostního spektrofotometru - MALDI TOF, který odd. mikrobiologie v KKN používá již 6 let. Dochází ke zvýšené četnosti poruch přístroje a ke zhoršujícím parametrům při vyšetřování, vzniklé opotřebením přístroje. Životnost přístroje je maximálně 7-8 let a žádost KKN o obnovu novým přístrojem tak logicky navazuje na aktuální stav stávajícího přístroje.

