

Stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) dle zápisu jednání ze dne 14.4.2021

Nejasný/nevalidní výsledek Ag testu provedený samotestováním

Je nutno rozlišovat zda se jedná o nejasný nebo nevalidní výsledkem testu. Nevalidní výsledek je takový, kdy se nezobrazí kontrolní linie použitého testu. V takovém případě je potřeba typ a šarži použitého testu nahlásit na SUKL jako nežádoucí účinek zdravotnického prostředku.

V situaci nejasného výsledku, kdy se správně zobrazí kontrolní linie, postupují následovně:

- a. znovu prostudují postup odečtu definovaný výrobcem
- b. požádám kolegu o odečtení výsledku
- c. pokud ani tak nelze test vyhodnotit, je osoba odeslána na test PCR

B. Macková, vedoucí LS COVID

V Praze dne 21.4.2021