

REKALCIFIKAČNÍ ČAS A JEHO MODIFIKACE

Číslo výkonu:

96125

Autorská odbornost:

(818) laboratoř hematologická

Popis:

Čas srážení vyšetřovaného vzorku po přidání vápníkových iontů - globální hemokoagulační test.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Registrace vzorku v laboratoři.

Obsah a rozsah výkonu:

Stanovení koagulačních časů po přidání CaCl₂ k vyšetřovanému vzorku.

Čím výkon končí:

Expedicí výsledku žadateli (PC nebo tisk výsledkového formuláře).

Kategorie: P - hrazen plně)

Typ výkonu: Ambulantní

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 4/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 1

Podmínky:

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
222	transfuzní lékařství	4,47
801	klinická biochemie	4,47

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
140	J1		1	0,5	nebo lékař s atestací z hematologie	1,95
Celkem:						1,95

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
M2350	CaCl2 0.025 mol/l			0,2 ml	5,30	1,06
M0017	Špička k mikropipetě žlutá			0,1 ks	0,30	0,03
M4336	Zkumavka skleněná aglutinač.			0,5 ks	6,10	3,05
Celkem:					11,70	4,14

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:							0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
P0094	Pipeta automatická		5	80	4	1,00 8 000,00	0,04
Celkem:						8 000,00	0,04

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

ZULP:

Kód Název

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	4,18	1,95	4,47	11

Revize stavu výkonu Poslední revize dne 01.07.2021 0:00:00