



## ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

**Žádost podává** (jméno, název subjektů dle § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění)

MUDr. David Musil, Ph.D.  
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.  
Za výbor České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)

**Název zdravotního výkonu, popř. číslo výkonu:**

Seznám předkládaných výkonů, které se budou projednávat na Pracovní skupině k SZV MZ:  
**66654 TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU IMPLANTOVANÁ POMOCÍ INDIVIDUÁLNĚ  
ZHOTOVENÝCH ŠABLON**

**Zdůvodnění žádosti: Doplnující informace k žádosti:**

**66654 TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU IMPLANTOVANÁ POMOCÍ INDIVIDUÁLNĚ  
ZHOTOVENÝCH ŠABLON** Existují výjimečné situace, kdy není možné použít standardní nitrodřeňové cílení komponent u totální náhrady kolenního kloubu (např. přítomný osteosyntetický materiál, dlouhý dřík kyčelní náhrady, velmi výrazná kostní deformita..). V těchto situacích je možné usadit vlastní resekční šablonu podle speciální individuální šablony zhotovené na podkladě předoperačního CT či MR vyšetření. Tento způsob implantace totální náhrady kolene je pak možný i na pracovišti, které nedisponuje žádným navigačním systémem. Vzhledem k tomu, že jde o velmi specifické situace, které je možné velmi přesně vymezit a počet těchto indikací, kde nelze použít konvenční cílení není velký (jednotky případů/rok i na specializovaných pracovištích) považujeme pro pacienty i pracoviště přínosné, aby pro tyto výjimečné situace vznikl nový kód, který implantace touto metodou umožní a zlepší výsledky operace či zmenší zátěž pro pacienta. Výhodou metody je, že kromě zhotovení šablony nevyžaduje žádné speciální instrumentarium. Při operaci se dále používá standardní firemní instrumentarium a operace po jeho usazení probíhá identicky jako při nitrodřeňovém cílení a je díky tomu dostupná a proveditelná pro všechna pracoviště zaměřená na implantaci kloubních náhrad. Počet pacientů, kde nelze použít jinou metodu je malý a při dodržení indikačních omezení bude celkový ekonomický dopad minimální.

**Obsah příloh:** (Uveďte vždy název souboru přílohy)

Viz podklady nahrané v elektronickém systému SZV:  
<https://szv.mzcr.cz/ZmenovaRizeni/Detail/606-2023-04-25-08-54-26>

**Datum, podpis, razítko:**

11/12/2023 

**Kontaktní telefon, e-mail:**

[vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz](mailto:vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz) 605 806 240

[musil.david@nemcb.cz](mailto:musil.david@nemcb.cz) 604 614 841

Prof. MUDr. HAVLAS Vojtěch Ph.D.