

STANOVENÍ POČTU RETIKULOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU

Číslo výkonu:

96857

Autorská odbornost:

(818) laboratoř hematologická

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Stanovení absolutního a relativního počtu retikulocytů na odpovídajícím typu automatického analyzátoru.

Výkon nelze vykázat samostatně - je přidatným k výkonu číslo 96163 nebo 96167.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Příjmem a registrací vzorku.

Obsah a rozsah výkonu:

Promíchání vzorku. Analýza vzorku automatickým analyzátozem. Hodnocení výsledku.

Čím výkon končí:

Expedicí výsledků žadateli (elektronicky nebo tisk výsledkového formuláře).

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 3

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Specializovaným hematologickým pracovištěm se rozumí pracoviště s odpovídajícím technickým vybavením, na kterém je zajištěna denní přítomnost lékaře (odbornost 202) a analytika s odbornostmi 818 a 222 a s úvazky 0,5 a/nebo vyššími.

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Doplnění nositele výkonu - zdravotní laborant S2. Aktualizace času výkonu. Aktualizace reagentů a přístrojů dle aktuálního číselníku.

Posouzení medicínské efektivity: Nejedná se o nový výkon, lze předpokládat, že počet těchto výkonů se ročně nezmění.

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Dle databáze výkonů z VZP za r. 2022 bylo provedeno 178.000 výkonů.

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Výkon již existuje.

Způsob úhrady v dalších zemích: Výkon se standardně používá v zemích EU a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
222	transfuzní lékařství	4,04

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	K2	odborný pracovník v laboratorních metodách v oboru klinická hematologie a transfuzní služba	5	0,5		4,40
10	S1	laborant	3	1		2,27
Celkem:						6,67

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084933	Reagencie pro stanovení retikulocytů na analyzátoru		0,003		13 489,00	40,47
A002075	Roztok čistící enzymatický		0,1 ml		50,30	6,09
A084495	Cellpack DFL		0,002		5 800,00	11,60
A002076	Kontroly správnosti KO		0,025 ml		185,00	5,60
Celkem: 19 524,30						63,75

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A001445	Analyzátor krevního obrazu III.	6 140000	6	1,00	2 800 000,00	25,49
Celkem: 2 800 000,00						25,49

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód

Název

Položky mimo číselník

Název

Popis

Bodová
hodnota

Přímé
89,24

Osobní
6,67

Režijní
12,12

Celkem
108