



ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

Žádost podává (jméno, název subjektů dle § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění)

Česká neurochirurgická společnost JEP

Název zdravotního výkonu, popř. číslo výkonu:

*V případě, že se jedná o návrh na nový výkon, uveďte pracovní kód (číslo výkonu), v případě že se jedná o více výkonů, uveďte **všechny** kódy (čísla výkonů)*

Seznam předkládaných výkonů, které se budou projednávat na Pracovní skupině k SZV MZ:

56423 - STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ

REIMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD

Zdůvodnění žádosti:

Doplňující informace k žádosti:

Návrh změny údajů u výkonu 56423 se provádí na základě požadavku VZP zde dne 4.8.2025 adresovaného na Českou neurologickou společnost. VZP v rámci svého šetření při přiřazení nového ZUM zjistila, že u zmíněného výkonu byl omylem vymazán odpovídající ZUM: A000586 – Generátor – el. Pulzů – neurostimulátor, což je poměrně zásadní problém při vykazování a provádění daného výkonu. Na základě tohoto požadavku je níže uvedený výkon zároveň aktualizován na základě současné praxe.

Dále je podána žádost o výkon - REIMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD. Reimplantace neurostimulátoru hlubokých mozkových elektrod je poměrně častým výkonem u pacientů, kteří mají implantované hluboké mozkové elektrody – DBS. V sazebníku výkonů tento výkon zcela chybí, a je zpravidla vykazován stejně jako samotná Implantace, kde však dochází k výrazně jinému a delšímu postupu, než při reimplantaci samotného neurostimulátoru. Zavedení nového výkonu reimplantace neurostimulátoru má pozitivní dopad na rozpočet.

Obsah příloh:

(Uveďte vždy název souboru přílohy)

- NÁVRH REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU – STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ (NÁVRH NA ZMĚNU)
- NÁVRH REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU – REIMPLANTACE



NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD

- ANALÝZA DOPADU NA ROZPOČET – STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ
- ANALÝZA DOPADU NA ROZPOČET – REIMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD
- MODEL BIA – STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ
- MODEL BIA – REIMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD

Datum, podpis, razítko:

12.12.2025 MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

05	Nemocnice Na Homolce	ODBORNOST
004	Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie - GAMA NUŽ	506
623	150 30 Praha 5 - Roentgenova 2 236 MUDr. D. URGOŠÍK, CSc.	

Kontaktní telefon, e-mail:

Tel: 257272917, email: dusan.urgosik@homolka.cz; od ledna 2026 - dusan.urgosik@fnmh.cz