

Číslo výkonu:  
**96611**

Autorská odbornost:  
**(818) laboratoř hematologická**

**Popis:**  
Hartmanův test pro diagnostiku PNH  
**Poznámka:**

**Čím výkon začíná:**  
Příjmem a registrací vzorku v laboratoři.

**Obsah a rozsah výkonu:**  
Příprava suspenze erytrocytů. Inkubace v termostatu (37oC) v roztoku sacharózy. Centrifugace. Stanovení stupně hemolýzy. Vyhodnocení.

**Čím výkon končí:**  
Expedicí výsledků žadateli (elektronicky nebo tisk výsledkového formuláře).

**Kategorie:** P - hrazen plně)

**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti

**Omezení frekvencí:** 2/1 čtvrtletí

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 5

**Podmínky:**

**Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie
222	transfuzní lékařství	4,04

**Nositelé:**

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
50	K2		5	1		8,81
Celkem:						8,81

**Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:**

Kód	Název	Doplněk	Množství	Jednotka	Cena	Body
M2324	Pipeta Pasteur UH		1 ks		1,50	1,50
M2265	Špička do pipet		1 ks		0,20	0,20
M4801	Špička mikro		3 ks		0,30	0,90
M2182	Sacharosa p. a.		0,02 g		0,20	0,00
Celkem:						3,25
						6,73

M2150	Roztok fyziologický	20 ml	0,06	1,20
M4381	Voda destilovaná	2 ml	0,04	0,08
M1609	Zkumavka PH 10 ml	3 ks	0,95	2,85
<b>Celkem:</b>			<b>3,25</b>	<b>6,73</b>

#### Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
<b>Celkem:</b>							<b>0,00 0,00</b>

#### Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
P0300	Spektrofotometr	6 20000	4	1,00	400 000,00	7,52
P0094	Pipeta automatická	5 80	4	1,00	8 000,00	0,18
M1597	Termostat v ceně 60 000,-	8 3000	4	1,00	60 000,00	0,91
M0811	Centrifuga nízkoobrátková v ceně 150 000,-	6 4500	4	1,00	150 000,00	2,82
<b>Celkem: 618 000,00</b>						<b>11,43</b>

#### ZUM:

Kód	Název
-----	-------

#### ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	<b>18,16</b>	<b>8,81</b>	<b>20,20</b>	<b>47</b>

Revize stavu výkonu Poslední revize dne 01.07.2021 0:00:00