

JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI)

Číslo výkonu:

81689

Autorská odbornost:

(801) klinická biochemie**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Provádí se in vitro. Indikováno v případě hypothyerózy s podezřením na nedostatek jódu.

Čím výkon začíná:

Příjem vzorku k analýze. Zápis požadavku na vyšetření do pracovního listu metody.

Obsah a rozsah výkonu:

Příprava potřebných roztoků, kalibračních standardů, kontrolního materiálu. Pipetování vzorku (moč), ředícího roztoku, interního standardu, míchání na vortexu. Příprava přístroje ICP-MS na měření. Ověření správné funkčnosti přístroje (kalibrace pomocí ředícího roztoku). Měření na ICP-MS. Vyhodnocení výsledku (kvantifikace metodou interního standardu). Kontrola analytické správnosti výsledku. Kalibrace a měření kontrolního materiálu se musí provádět s každou sérií vzorků. Vyhodnocení provádí odborný pracovník K2.

Čím výkon končí:

Záznam výsledku do LIS. Potvrzením výsledku a uvolněním.

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti**Omezení frekvencí:** 1/1 den, 3/1 čtvrtletí**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 20**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)***Důvod změnového řízení:***(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)*

Nahrazení původní dnes již obsolentní metody.

Posouzení medicínské efektivity:**Ekonomický dopad:***(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

50 tis. za rok

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:**Způsob úhrady v dalších zemích:****Další odbornosti:**

Kód Název

Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	K2	bioanalytik pro klinickou biochemii	5	10		73,74
10	S3	zdravotní laborant pro klinickou biochemii	5	10		39,53
Celkem:						113,27

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A008173	Biochemie paušál spotř. materiálu		5		1,00	6,05
A084717	Jodurie spotř. materiál – ředící roztok, interní standard, promývací roztok, kalibrace, kontrola, Argon, validační roztok		1		108,00	108,00
Celkem:						109,00 114,05

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A008396	ICP –MS NexION 2000	5	54450	12	25,00 %	8 297 959,00	49,60
Celkem:						8 297 959,00	49,60

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová

Přímé

Osobní

Režijní

Celkem

hodnota**163,65****113,27****67,60****345**