

**OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)**

Číslo výkonu:

**81563**

Autorská odbornost:

**(801) klinická biochemie**

**Popis:**

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách.

**Čím výkon začíná:**

Zápisem požadavku na vyšetření do pracovního listu metody.

**Obsah a rozsah výkonu:**

Pipetování vzorku do kyvety na stanovení osmolality séra, moče nebo jiné tělní tekutiny. Princip metody je měření změny bodu tuhnutí což je nejpřesnější a nejcitlivější metoda měření osmolality. Přístroj je kalibrován a po změření kontroly je připraven k měření vzorku. Po změření vzorku je výsledek přenesen do LIS, zkontrolován pracovníkem pro uvolňování výsledků.

**Čím výkon končí:**

Výkon končí zhodnocením výsledku a vydáním výsledku s archivací potřebných údajů.

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti

**Omezení frekvencí:** 12/1 den

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 2

**Podmínky:**

*(Pokud je omezení místem "S",*

*popište, čím je pracoviště specializované.)*

Specializovaným pracovištěm je laboratoř, která je vybavena analyzátozem pro měření osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách

**Důvod změnového řízení:**

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,*

*doplňte čísla původních výkonů.)*

Původní popis stanovení a přístroj jsou již obsolentní. 81563 Osmolalita (sérum,moč)

**Posouzení medicínské efektivity:**

**Ekonomický dopad:**

*(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

**Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:**

**Způsob úhrady v dalších zemích:**

**Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie

**Nositelé:**

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L2		0	0,5		2,65
<b>Celkem:</b>						<b>2,65</b>

**Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:**

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A008173	Biochemie paušál spotř. materiálu		2		1,00	2,42
A084712	Osmolalita-spotřební materiál pro stanovení – kyveta, filtrační papír, senzor, kalibrátor, kontrola		1		20,80	20,80
<b>Celkem:</b>						<b>21,80 23,22</b>

**Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:**

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
<b>Celkem:</b>							<b>0,00 0,00</b>

**Přístroje:**

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A008393	Osmometr Advanced OsmoPRO	5	24950	4	100,00 %	603 790,00	5,06
<b>Celkem:</b>							<b>603 790,00 5,06</b>

**ZUM:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

**ZULP:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

<b>Bodová hodnota</b>	<b>Přímé</b>	<b>Osobní</b>	<b>Režijní</b>	<b>Celkem</b>
	<b>28,28</b>	<b>2,65</b>	<b>6,76</b>	<b>38</b>