

ENDOSKOPICKÁ GASTROPLIKACE

Číslo výkonu:

15050

Autorská odbornost:

(115) gastroenterologie - skupina 1

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

K endoskopické gastroplikaci jsou indikováni pacienti s BMI nad 35 s komorbiditami, pro které mají vysoké riziko k chirurgickému zákroku - na základě indikace multidisciplinárního týmu ve složení chirurg, gastroenterolog a anesteziolog. Před samotným zákrokem proběhne vyšetření u psychologa, endoskopické vyšetření žaludku, předoperační vyšetření. Gastroskopie je již součástí výkonu a nevykazuje se zvlášť - nelze kombinovat s výkonem č. 15401.

Čím výkon začíná:

Endoskopické vyšetření žaludku

Obsah a rozsah výkonu:

Po nasazení endoskopického akcesoria (Endomina či Apollo) endoskopista sešije stěny žaludku k sobě, čímž dojde k tubulizaci žaludku, jeho zmenšení coby rezervoáru.

Čím výkon končí:

Kontrola žaludku endoskopem

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Omezení frekvencí: 1/život

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 90

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Endoskopista musí být vyškolen výrobcem nebo distributorem konkrétního setu pro endoskopickou gastroplikaci, dále je nutno výkon provádět na vybaveném endoskopickém pracovišti s možností anesteziologické asistence. Certifikát vydává pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii ČGS. Výkon je určen pro bariatrické centrum certifikované pracovní skupinou ČGS pro bariatrickou endoskopii zveřejněné na webových stránkách OS.

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)

Jedinou změnou je aktualizace přístrojového vybavení a s tím související navýšení bodového ohodnocení. Důvodem je již mnohaletá existence videoendoskopických přístrojů, které se standardně používají při diagnostických a terapeutických endoskopických výkonech a jejich pořizovací cena je neporovnatelně vyšší než cena historických již dlouho nevytřábených a nepoužívaných optických endoskopů, které jsou součástí stávající kalkulace registračního listu tohoto aktualizovaného výkonu. Použití videopřístroje je zcela v souladu s platnými doporučenými postupy evropských i českých odborných společností. Optické endoskopy s podstatně nižší rozlišovací schopností se již v klinické praxi nepoužívají. ČGS je garantem kvality poskytované odborné péče v segmentu 105.

Posouzení medicínské efektivity: předloženo při původním schvalování výkonu

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

100 pacientů/centrum předpoklad 5 center v ČR.

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích: plná úhrada u rizikových pacientů v USA, Německu, Belgii.

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
<hr/>		

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	endoskopista			90 certifikát	929,09
Celkem:						929,09

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
02051	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks		5	bal	1,32	6,60
27529	Jehla INJEKČNÍ NEOLUS		10	ks	0,71	7,10
A000031	kanyla i.v.		1	1ks	17,80	17,80
0047806	SADA AG-HADIČKA SPOJOVACÍ 1200XXXX		1	NORMÁLNÍ,VYSOKOTLAKÁ	310,00	310,00
Celkem:					329,83	341,50

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
0009712	Solu-Medrol 1000 mg				0,1		518,01	51,80
0099589	ZOFRAN tbl 10x8mg				0,3		1 285,40	385,62
0098169	BUSCOPAN	INJ SOL 5X1ML/20MG	A03BB01		0,1		92,58	9,26
0098880	FYZIOLOGICKÝ ROZTOK	INF SOL 10X1000ML	B05BB01		0,1	10X1000ML	229,90	22,99
0066020	AUGMENTIN 1.2 g inj.		J01CR02		0,1	balení á 10 amp.	543,48	54,35
0093500	SAB SIMPLEX	POR SUS 1X30ML	A03AX13		1		56,83	56,83
0184095	Midazolam Accord 5MG/ML 10x1ML				1		93,87	93,87
0030101	FENTANYL TORREX 50 MCG/ML	5X2ML	N01AH01		3		60,02	180,06
Celkem: 2 880,09							854,78	

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
P0105	Argon plasma koagulátor	5	40000	4	100,00 %	800 000,00	312,50
A008293	Videogastroskop flexibilní	2	150000	3	100,00 %	1 055 661,00	1 412,15
A008298	Akcesoria k odsávací pumpě	3	0	4	100,00 %	37 922,00	19,75
A008297	Odsávací pumpa	5	11132	4	100,00 %	111 320,00	52,18
A008296	Videomonitor	5	24321	4	100,00 %	243 210,00	114,00
A008295	Zdroj světla	5	37026	4	100,00 %	370 260,00	173,56
A008294	Videoprocessor	5	55539	4	100,00 %	555 390,00	260,34
					Celkem:	3 173 763,00	2 344,48

ZUM:

Kód	Název
0092718	Extraktor košík 4drátový, pr 20,25,30mm
0058330	KLÍČKA POLYPEKTOMICKÁ - JEDNORÁZOVÁ
A001745	Overtube
A084562	Endoskopický gastroplikační set

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	3 540,76	929,09	456,30	4 926