

TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE

Číslo výkonu:

15404

Autorská odbornost:

(115) gastroenterologie - skupina 1**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Čím výkon začíná:

Vyšetření per rectum. Informací pacienta o vyšetření, premedikace pacienta.

Obsah a rozsah výkonu:

Zavedení přístroje do konečníku. Za postupné insuflace pronikáme všemi částmi tlustého střeva až do coeka.

Čím výkon končí:

Pozvolné vytahování přístroje ze střeva za trvalého pozorování celého střeva. Odstranění přístroje z konečníku a zápis.

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** BOM - bez omezení**Omezení frekvencí:** 4/1 rok**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 45**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)***Důvod změnového řízení:***(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)*

Návrh na změnu je podáván v souvislosti s novým výkonem Reprocessing flexibilních endoskopů 15060, který bude platný od 1.1.2023. Proto je nutné ze stávajícího endoskopického výkonu odstranit položky související s manuální dezinfekcí, která již od tohoto data nebude používána.

Posouzení medicínské efektivity:**Ekonomický dopad:***(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)***Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:****Způsob úhrady v dalších zemích:****Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie
101	vnitřní lékařství - interna	3,38
501	chirurgie	4,06

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
Celkem:						309,70

10	L3	vyšetřující	6	30	309,70
					Celkem: 309,70

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
27529	Jehla INJEKČNÍ NEOLUS		4 ks		0,71	2,84
02051	STRÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks		0,02 bal		1,32	1,32
					Celkem: 2,03	4,16

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
93113	DORMICUM inj 10x1ml/5mg			0,2		42,22	84,44
M0350	Lumbrikans			1		11,05	22,10
					Celkem: 53,27	106,54	

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0007	Zdroj světla v ceně 50 000,-	3	10000	4	100,00 %	50 000,00	33,85
M0123	Odsávačka v ceně 24 000,-	3	750	4	100,00 %	24 000,00	13,54
P0111	Fibrokolonoskop	2	75000	3,12	100,00 %	500 000,00	325,52
					Celkem: 574 000,00	372,91	

ZUM:

Kód	Název
0000337	GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ
0151500	INJEKTOR
A008278	Tetováž endoskopická mini kit

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
98169	BUSCOPAN inj 5x1ml/20mg

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	483,61	309,70	228,15	1 021