

HD VIDEOENDOSKOPICKÝ ROZDÍLOVÝ VÝKON Á 10 MINUT

Číslo výkonu:

15446

Autorská odbornost:

(115) gastroenterologie - skupina 1

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Endoskopické vyšetření s pomocí High Definition videoendoskopu. Výkon lze vykázat současně s výkony č. 15101, 15103, 15401, 15403, 15404, 15105, 15107 a 15430, které budou provedeny High Definition videoendoskopem. U těchto výkonů je poskytovatel, který dokladuje používání HD techniky, vykazuje namísto výkonu č. 15445. K navazujícím terapeutickým výkonům nebo biopsii se vykazují i při použití HD videoendoskopu videovýkony 15445. Výkon zohledňuje amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Čím výkon začíná:

Nastavením HD videoendoskopu, kalibrace obrazu monitoru a zahájení výkonu.

Obsah a rozsah výkonu:

Sledování vlastního endoskopického vyšetření na monitoru.

Čím výkon končí:

Odpojení přístroje. Vykazuje se do maximální povolené časové hranice příslušného endoskopického výkonu (á 10 minut jeho trvání), uvedeného v popisu výkonu 15446.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí:

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)

Poskytovatel musí být vybaven HD videoendoskopem. Přístroj pro HD videoendoskopii je charakterizován 1080 řádky horizontálního rozlišení. Podmínky rozlišení musí splňovat jak čip endoskopu, tak monitor a videoprocessor.

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)

Jedinou požadovanou změnou je změna textu v "Popis výkonu". Původní text: Endoskopické vyšetření s pomocí High Definition videoendoskopu. Výkon lze vykázat současně s výkony č. 15101, 15103, 15401, 15403, 15404, 15105, 15107 a 15430. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 15445. Nový text: Výkon lze vykázat současně s výkony č. 15101, 15103, 15401, 15403, 15404, 15105, 15107 a 15430, které budou provedeny High Definition videoendoskopem. U těchto výkonů je poskytovatel, který dokladuje používání HD techniky, vykazuje namísto výkonu č. 15445. K navazujícím terapeutickým výkonům nebo biopsii se vykazují i při použití HD videoendoskopu videovýkony 15445. Odůvodnění: V registračním listu zůstala v popisu výkonu formulace, která měla zabránit současnému vykazování staršího videokódu a nového HD videokódu k diagnostické části výkonu, která je ale bohužel interpretována plátcí jako nemožnosti použití staršího videokódu 15445 k navazujícím výkonům jako je biopsie, polypektomie, stavění krvácení apod.)

Posouzení medicínské efektivity:

Ekonomický dopad:
(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích:

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
					Celkem:	0,00

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
					Celkem:	0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
							Celkem:	0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A008334	Zdroj světla xenonový - rozdílová cena	8	26400	4	100,00 %	302 000,00	11,14
A008320	HD videokolonoskop - rozdílová cena	2	42739	4	100,00 %	854 770,00	81,62
A008294	Videoprocessor	5	55539	4	100,00 %	555 390,00	28,93
						Celkem:	1 712 160,00 121,68

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

Bodová hodnota	Přímé	Režijní	Celkem
	122	49,10	171