

UACR (POMĚR ALBUMIN/KREATININ V MOČI)

Číslo výkonu:

81675

Autorská odbornost:

(801) klinická biochemie

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Kvantitativní stanovení albuminu v moči a jeho poměru se stanovením kreatininu v moči ve stejném vzorku. Výsledné vyjádření je poměr albumin/kreatinin. Provádí přednostně z 1. vzorku ranní moči, či z náhodného odběru vzorku moči. Vydávané jednotky jsou g/mol. S výkonem se vykazuje výkon č. 81499 a č. 81900.

Poznámka:

Doporučený kód Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) je č. 11447. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 81327

Čím výkon začíná:

Obsah a rozsah výkonu:

Čím výkon končí:

Kategorie: P - hrazen plně;

Typ výkonu: Ambulantní

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 2

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Implementace nového doporučeného postupu České nefrologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického onemocnění ledvin (CKD) u praktických lékařů od 1.1.2026 v rámci preventivních prohlídek. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 81327.

Posouzení medicínské efektivity:

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

V roce 2024 bylo v ČR 8 716 796 obyvatel starších 18 let (zdroj

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=33156&pvo=DEMD001&str=v4&c=v3~2__RP2024MP12DP31#w=))

[objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=33156&pvo=DEMD001&str=v4&c=v3~2__RP2024MP12DP31#w=\)](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=33156&pvo=DEMD001&str=v4&c=v3~2__RP2024MP12DP31#w=)

Preventivní prohlídky a jsou 1x za 2 roky a dochází na ně 2/3 obyvatel

([https://www.ministrzdravi.cz/aktualita/pruzkum-ministra-zdravi-polovina-dospelych-nedodrzuje-](https://www.ministrzdravi.cz/aktualita/pruzkum-ministra-zdravi-polovina-dospelych-nedodrzuje-preventivni-prohlidky-39-zanedbava-pravidelnou-ucast/)

[preventivni-prohlidky-39-zanedbava-pravidelnou-ucast/](https://www.ministrzdravi.cz/aktualita/pruzkum-ministra-zdravi-polovina-dospelych-nedodrzuje-preventivni-prohlidky-39-zanedbava-pravidelnou-ucast/)) Pak předpokládaný počet vyšetření ročně je 2 877 532 maximálně

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích:

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L2		0	0,5		3,51
Celkem:						3,51

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
M1769	Kontrolní moč pro albumin		0,04	ml	25,99	25,99
M1770	Mikroalbumin test kit		2	ks	70,91	70,90
M1643	Reagencie pro kalibraci a kontrolu		0,4	ks	39,36	14,18
M1499	Špička pipetovací		3	ks	1,30	2,79
M1501	Zkumavka polyakrylát		1,4	ks	1,62	2,27
Celkem:						139,18 116,13

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0547	Fotometr programovatelný v ceně 340 000,-	6 17000	4	1,00	340 000,00	2,56
Celkem:						340 000,00 2,56

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název Popis

Bodová hodnota	Přímé 118,69	Osobní 3,51	Režijní 8,94	Celkem 131
---------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------