

## PROFESIONÁLNÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE POMOCÍ GLUKÓZOVÉHO SENZORU

Číslo výkonu:

**13075**

Autorská odbornost:

**(103) diabetologie**

### Popis:

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Výkon slouží k tzv. profesionální monitoraci glukózy. Glukózový senzor se zavádí do podkoží a monitorace probíhá 7-14 dní. Výkon slouží k optimalizaci terapie diabetika a v závislosti na indikaci se provádí v tzv. zaslepeném módu nebo se zobrazí v reálném čase. Indikací k výkonu je podezření na neuspokojivou kompenzaci (např. zvýšený výskyt hypoglykemií, fenomén svítání, postprandiální hyperglykémie, zvýšená labilita diabetu, glykovaný hemoglobin > 53 mmol/M).

### Čím výkon začíná:

Kontaktem s pacientem, vysvětlením průběhu vyšetření a zaučení v obsluze přístroje.

### Obsah a rozsah výkonu:

1. Aplikace senzoru do podkoží pomocí speciálního aplikátoru (inserter), propojení s glukózovým monitorem, stabilizace senzoru po dobu cca 30 minut. 2. Inicializace měření na glukózovém monitoru. 3. Edukace pacienta o zadávání údajů o kalibračních glykemiích, aplikaci inzulínu, příjmu potravy, fyzické aktivitě 4. Při "real time" monitoraci edukace pacienta o úpravách režimu v případě hypoglykemií nebo hyperglykemií 5. Zadání kalibrační glykémie za cca 60 minut od inicializace měření.

### Čím výkon končí:

1. Po ukončení kontinuální monitorace lékař vypne monitoraci a vyjme senzor z podkoží. 2. Stažení všech dat z přístroje do PC k dalšímu vyhodnocení lékařem. K uvedenému je určen speciální software, který je součástí systému. SW podává přehled o naměřených glykemiích ve formě tabulek a grafů (modální den, pre- a postprandiální hodnoty, údaje o přesnosti měření a podobně), tisk výsledků. 3. Vyhodnocení výsledků monitorace za účelem optimalizace terapie a záznam do dokumentace

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** A - pouze ambulantně

**Omezení frekvencí:** 3/1 rok

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 90

### Podmínky:

*(Pokud je omezení místem "S",*

*popište, čím je pracoviště specializované.)*

### Důvod změnového řízení:

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)*

Změny ceny kvality a ceny senzorů, úprava časové dotace která neodpovídá skutečně

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
P0252	Continuous Glucose Monitoring System Guardian RT	0,5	0	4	100,00 %	32 000,00	100,00
Celkem:						32 000,00	100,00

**ZUM:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

---

**ZULP:**

Kód	Název
-----	-------

---

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

---

<b>Body</b>	Přímé	Režijní	Celkem
	<b>2 455</b>	<b>287</b>	<b>2 742</b>