

**SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)**

Číslo výkonu:

**25213**

Autorská odbornost:

**(205) pneumologie a ftizeologie**

**Popis:**

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Měření minimálně vitální kapacity plic (FVC, FEV1, FEV%), výdechové rychlosti (MEF 25 – 75, event. MEF 25, 50, 75). Nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

**Poznámka:**

**Čím výkon začíná:**

Přípravou přístroje.

**Obsah a rozsah výkonu:**

Zadání osobních dat vyšetřovaného. Kontrola indikace k vyšetření, zjištění stavů zkreslujících vyšetření. Instruktaž vyšetřovaného a nácvik dechových manévrů. Nasazení náústku, kontrola jeho těsnosti. Nasazení tlačky na nos. Uklidnění vyšetřovaného. Zaznamenání průběhů nejméně tří usilovných, úplných nádechů a výdechů a klidného dýchání. Pokud se křivky vzájemně nápadněji liší, vyčkat znovu uklidnění vyšetřovaného a měření opakovat.

**Čím výkon končí:**

Popisem křivek lékařem. Stanovení typu a stupně poruchy. Srovnáním s dokumentací, zhodnotit vývoj změn s odstupem času. Dle potřeby konzultace s klinikem. Vydáním protokolu a lékařského závěru pro kliniku.

Poznámka: U odb. 205 je školení ve vyšetřování funkce plic součástí atestace v oboru Pneumologie a ftizeologie.

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** BOM - bez omezení

**Omezení frekvencí:**

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 25

**Podmínky:**

*(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)*

**Důvod změnového řízení:**

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)*

**Posouzení medicínské efektivity:**

**Ekonomický dopad:**

*(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

**Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:**

**Způsob úhrady v dalších zemích:**

**Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie
207	alergologie a klinická imunologie	3,51

**Nositelé:**

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	vyšetřující, hodnotí a interpretuje výsledky	7		školení ve 10 vyšetřování funkce plic	107,16
<b>Celkem:</b>						<b>107,16</b>

**Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:**

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084802	Záznamový papír		1		0,20	0,20
A084786	Nosní klip jednorázový		1		20,00	20,00
A084784	Náústek funkční, jednorázový		1		16,00	16,00
A000382	Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc.		0,02	balení 6kg	2 842,00	56,84
A000331	Filtr k monitoraci		1		40,00	40,00
<b>Celkem: 2 918,20</b>						<b>133,04</b>

**Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:**

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Přístroje:**

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0320	Spirograf v ceně 100 000,-	5	5000	4	100,00 %	100 000,00	10,85
<b>Celkem: 100 000,00</b>							<b>10,85</b>

**ZUM:**

Kód	Název
-----	-------

**Položky mimo číselník**

Název	Popis
-------	-------

**ZULP:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

---

<b>Bodová hodnota</b>	<b>Přímé 143,89</b>	<b>Osobní 107,16</b>	<b>Režijní 87,75</b>	<b>Celkem 339</b>
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------