

CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Číslo výkonu:

25215

Autorská odbornost:

(205) pneumologie a ftizeologie**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně vitální kapacita plic (FVC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sgaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Poznámka:**Čím výkon začíná:**

Příprava přístroje.

Obsah a rozsah výkonu:

Instruktaž pacienta o prováděném výkonu a dechových manévrech. Usazení pacienta do kabiny, připojení a uzavření kabiny. Záznam několika dechových smyček při lékařem zvolených usilovných dechových manévrech. Vyhodnocení odporů dechových cest a odvozených parametrů. Zobrazení naměřených dat a srovnání s hodnotami z minulých vyšetření.

Čím výkon končí:

Popis a zhodnocení výsledků lékařem. Srovnáním s vyšetřeními podle kódu 25217 a s dokumentací. Vydání zprávy, archivací výsledku.

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** BOM - bez omezení**Omezení frekvencí:****Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 15**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)***Důvod změnového řízení:***(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)***Posouzení medicínské efektivity:****Ekonomický dopad:***(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)***Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:****Způsob úhrady v dalších zemích:****Další odbornosti:**

Kód Název

Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	vyšetřující, hodnotí a interpretuje výsledky	9	10		107,16
Celkem:						107,16

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084802	Záznamový papír		1		0,20	0,20
A084786	Nosní klip jednorázový		1		20,00	20,00
A084783	Náústek šnorchlový, jednorázový		1		21,00	21,00
A000382	Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc.		0,02	balení 6kg	2 842,00	56,84
A000331	Filtr k monitoraci		1		40,00	40,00
Celkem: 2 923,20						138,04

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0322	Pletysmograf celotělový v ceně 980 000,-	5 19600	4	100,00 %	980 000,00	56,15
Celkem: 980 000,00						56,15

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé 194,19	Osobní 107,16	Režijní 52,65	Celkem 354
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------