

Doporučení expertní skupiny Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění k posuzování žádostí o robotický chirurgický systém.

1. Pracoviště poskytovatele
 - má statut příslušného centra vysoce specializované péče dle příslušného věstníku vydaného MZ ČR nebo s tímto centrem úzce spolupracuje
 - standardně provádí výkony indikované potenciálně k robotické chirurgii přístupem laparotomickým i laparoskopickým
 - zajišťuje komplexní zabezpečení nutné k:
 - předoperační diagnostice
 - perioperační a pooperační péči
 - řešení komplikací
2. Počet provedených výkonů za rok u poskytovatele
 - celkový počet specializovaných výkonů indikovaných k robotické chirurgii bude vyšší než 250 výkonů za rok
 - podmínka pro instalaci dalšího robotického systému poskytovatele (pro poskytovatele s již nasmlouvaným robotickým systémem):
 - celkový počet roboticky provedených výkonů u poskytovatele bude vyšší než průměrný počet výkonů na jeden robotický chirurgický systém (dle evidence VZP) v ČR + 10% za poslední rok
3. Komplexnost pracoviště poskytovatele
 - zajištěna návaznost komplementu a radiodiagnostiky v režimu alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu dle úhradové vyhlášky MZ ČR
4. Operační tým poskytovatele
 - robotické výkony provádí pouze proškolené týmy
záruka zastupitelnosti – výkony provádí minimálně 2 operatěři (*podmínka je odvozena z registračních listů majority platných výkonů*)
5. schválení nových přístrojů robotické chirurgie vázat na výše uvedené podmínky pro specializovaná pracoviště (seznam center vysoce specializované péče ve vazbě na výkony dle seznamu zdravotních výkonů je uveden v příloze v bodu 1). Pro zajištění dostupnosti služeb ve specifických případech úzce spolupracujících pracovišť s centry vysoce specializované péče umožnit rozmístění přístrojů i na tato spolupracující pracoviště, která mají vysoce kvalitní chirurgické týmy a splňují ostatní podmínky.
6. pokud je na těchto pracovištích další potenciál pro navýšení počtu operací (viz bod 2) a jsou splněny všechny výše uvedené nutné podmínky provozu, pak z důvodu dostupnosti služeb instalovat další robotický systém na již provozované pracoviště primárně v centrech vysoce specializované péče.