

OSPDL ČLS JEP

Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

sekretariat@ospdl.eu

+420 734 743 387



V Praze, 14.6.2024

Stanovisko OSPDL ČLS JEP:

Vážený pane profesore.

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP nemá námitky proti sdílení výkonu "02220 RYCHLOTTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES" s Vaší odborností.

V souvislosti s otevřením náplně výkonu jsme však zaznamenali návrh na rozšíření náplně výkonu o provádění externí kontroly u tohoto stanovení. Vůči takovému návrhu se musíme co nejdůrazněji ohradit. Z odborného pohledu není zavedení externí kontroly příliš smysluplné. Opakovaně bylo prokázáno, že nejvíce chyb při stanovení vzniká v preanalytické fázi a systém externí kontroly tak tyto odchylky neodhalí. Navíc při POCT vyšetření prochází výsledek bezprostředně validací s klinickým obrazem a hodnocením správné indikace vyšetření ze strany indikujícího lékaře. Požadovat stejná kritéria u POCT vyšetření jako pro vyšetření v laboratoři tedy není smysluplné a zbytečně zvyšuje náklady na vyšetření.

Pokud bychom zvažovali zavedení externí kontroly POCT hodnocení STREP A antigenu v biologickém materiálu, muselo by nutně předcházet uvolnění možnosti provádět interní kontrolu. Tedy zrušit omezení k současnému provedení kultivačního vyšetření materiálu. Dále by bylo nutné započíst náklady na externí kontrolu do kalkulace výkonu. Při současných nákladech na externí kontrolu mezi 1.900 - 2.300,- Kč a průměrnému počtu 50 - 70 vyšetření ročně, by mělo dojít ke zvýšení materiálových nákladů na vyšetření nejméně o 39,20 Kč.

S přátelským pozdravem

MUDr. Zdeněk Zíma,
místopředseda OSPDL ČLS JEP